FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 29/07/2026

BLOUSE DE SOIN PP 16g/m2 PAREDES TAILLE UNIQUE

958300 958301



DISPOSITIF MÉDICAL

LATEX

2

NON STÉRILE

Veste de soin PP 16g/m², à usage unique, conçue pour une utilisation en environnement médical et hospitalier.
Destination : utilisé par le personnel médical ou le patient, destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux.

LES + PRODUITS

+ Souple et légère
+ Poignets élastiqués
+ Léger : 16 g/m2
+ Conditionnement en sachet de 10 unités

éco attitude
pour toujours mieux consommer

Des gestes simples pour maitriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, Paredes prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

Indications d'utilisation :
- Visiteurs
- Accompagnants
- Patients ambulatoires
- Soins de courtes durées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PP 16 g/m²
COMPOSANTS	• Fabriquée en polypropylène non tissé léger et résistant. • Liens à l'encolure et à la taille • Manches longues avec poignets élastiqués
TAILLE	110 x 130 cm
TAILLE DES MANCHES	80 cm
DUREE DE VIE DU PRODUIT (DLU)	60 mois

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COULEUR	SACHET	COLISAGE
958300	BLEU	10 blouses par sachet 27 x 30 cm	Colis de 10 sachets 30 x 26 x 29 cm
958301	BLANC		

Les dimensions et caractéristiques techniques de nos produits font l'objet de tolérances de +/- 5% pouvant faire varier les valeurs ci dessus. Cette fiche produit reflète les principales caractéristiques de nos produits mais ne seraient être considérée comme un engagement contractuel

1 Rue Georges Besse - 69740 Genas. Tél. : 0805 620 205. Email : contact@paredes.fr – Photos non contractuelles

BLOUSE DE SOIN PP 16g/m2 PAREDES TAILLE UNIQUE

CERTIFICATIONS

Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

ISO 10993-5 :2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : essais concernant la cytotoxicité in vitro
ISO 10993-10 :2021 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais de sensibilisation cutanée
EN ISO 11737-1/A1 :2021 Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : détermination d'une population de microorganismes sur des produits - Amendement 1

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016.

Définition des pictogrammes dispositif médical


Tenir à l'écart de la lumière du soleil


Limites de températures


Craint l'humidité


Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Référence catalogue



Dispositif médical



Numéro de lot du fabricant


Date de fabrication


Date limite d'utilisation


Fabricant du Dispositif Médical


Conformes aux règlements européens applicables


Ne pas réutiliser



Non stérile



Identifiant unique du dispositif

Les dimensions et caractéristiques techniques de nos produits font l'objet de tolérances de +/- 5% pouvant faire varier les valeurs ci dessus. Cette fiche produit reflète les principales caractéristiques de nos produits mais ne seraient être considérée comme un engagement contractuel